

2018年4月吉日

お客様各位

SKYLUX®

東京都千代田区西神田 2 - 3 - 16

山田医療照明株式会社

Tel 03-5212-6021 Fax 03-5212-6022

手術用照明器 滅菌ハンドル NCH-1 ご使用のお客様へお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社 手術用照明灯に使用されている滅菌ハンドル「NCH-1」ですが保守部品の共通化に伴い
現行LED製品（C J / CR シリーズ共通）の滅菌ハンドル「NCH-3」へ変更とさせていただきます。
変更点としては、形状（持ち手部）・色（青色からクリーム色）・名称が「NCH-3」へ変更となります。
（下記写真ご参照）

また価格及び滅菌条件は従来のもので変更はございませんので、混在して使用されても問題無く
安心してご使用いただけます。

※「NCH-1」の在庫が無くなり次第、「NCH-3」にて出荷対応させていただきます。

今後とも何卒弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【該当滅菌ハンドル NCH-1 を使用している商品シリーズ】

- ※ユニバース シリーズ
- ※アウトスペース シリーズ
- ※スペース ラブ シリーズ
- ※プラネット シリーズ
- ※コスミック シリーズ
- ※R9 シリーズ



既存 NCH-1
商品コード : U0SSK1003

変更後 NCH-3
商品コード : U0SSK1002